

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění

**Výrobce:** ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,  
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

## potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

**Název:** Jednotka vyhodnocovací pro měření průtoku INMAT 55

**Typ:** 455

### **Základní údaje o výrobku:**

Přístroj je elektrické zařízení třídy ochrany III podle ČSN EN 61010-1 pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 a 2.

Je určen k vyhodnocení nekorigovaného průtoku a proteklého množství kapalin a plynů, kde průtok je měřen škrticím orgánem (např. clona) a snímačem tlakové diference nebo měřidlem objemového resp. hmotnostního průtoku s unifikovaným proudovým signálem 4 až 20 mA.. Dle ČSN EN 14154-1 je měřidlo určeno jako pomocné zařízení a dle přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. jako vyhodnocovací jednotka pro vodu a plyn. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

## bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky

podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem ČSN EN 61000-6-4:02 a ČSN EN 61000-6-2 ed.2:02.

## a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedeného nařízení vlády.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 05

Nová Paka 1. července 2009

Jméno: Jiří Podlipný  
Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka  
IČO: 46 50 48 26  
DIČ: CZ46504826