

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

Název: Snímač tlaku relativního a absolutního SMART INPRES 01

Typ: 701

Základní údaje o výrobku:

Snímač je určen k přesnému měření absolutního nebo relativního tlaku neagresivních i agresivních kapalin, plynů a par v prostředí normálním a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Snímač v provedení Ex d může být umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu skupiny II 2G Ex d IIC T6. Snímač v provedení Ex i může být umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu skupiny II 1G Ex ia IIC T6 Ga a musí být napájen z jiskrově bezpečného zdroje. Snímače v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu jsou označeny v souladu s čl. 1.0.5. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 23/2003 Sb. (v souladu s 94/9/ES). Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky podle

- nařízení vlády č. 23/2003 Sb., přílohy č. 3 a přílohy č. 4 (v souladu se směrnicí 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady) a norem:
ČSN EN 60079-0:2006, ČSN EN 60079-1:2004.
ES přezkoušení typu bylo provedeno notifikovanou osobou ES č. 1026 - FTZÚ Ostrava – Radvanice. Dodatek č. 2 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. **FTZÚ 02 ATEX 0041X**. Pravidelný dohled nad zabezpečením jakosti výroby provádí notifikovaná osoba ES č. 1026 - FTZÚ Ostrava – Radvanice. Oznámení o zabezpečení jakosti č. **FTZÚ 02 ATEX Q 026**.
- nařízení vlády č. 23/2003 Sb., přílohy č. 3 a přílohy č. 4 (v souladu se směrnicí 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady) a norem:
ČSN EN 60079-0:2006, ČSN EN 50020:2002, ČSN EN 60079-26:2004.
ES přezkoušení typu bylo provedeno notifikovanou osobou ES č. 1026 - FTZÚ Ostrava – Radvanice. Dodatek č. 2 k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. **FTZÚ 02 ATEX 0027X**. Pravidelný dohled nad zabezpečením jakosti výroby provádí notifikovaná osoba ES č. 1026 - FTZÚ Ostrava – Radvanice. Oznámení o zabezpečení jakosti č. **FTZÚ 02 ATEX Q 026**.
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem: ČSN EN 61000-6-3:02 a ČSN EN 61000-6-2:02.
-

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády.

Nová Paka 1. března 2011

Jméno: Jiří Podlipný
Funkce: ředitel pro jakost
Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826