

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění

**Výrobce:** ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,  
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

## potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

**Název:** Zapisovač liniový kompenzační ZEPAREX 49

**Typ:** 172 49

### **Základní údaje o výrobku:**

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany I podle ČSN EN 61010-1:2003 pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 1 i 2. Vnitřní zdroj pro napájení obvodu vstupního signálu odpovídá čl. 6.3. normy a slouží také pro napájení obvodů SELV a PELV.

Používá se k dálkovému měření jedné, dvou nebo tří fyzikálních veličin různých rozsahů. Vstupním signálem může být stejnosměrné napětí, proud nebo změna odporu. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

### bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky

- nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (v souladu se směrnicí 2006/95/EC Evropského parlamentu a Rady) a normy ČSN EN 61010-1:2003.
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem:

ČSN EN 55011:1999 (třída B), ČSN EN 61000-4-8:1966,  
ČSN EN 61000-4-2:1997, ČSN EN 61000-4-4:1997.

### a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedených nařízení vlády.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 02

Nová Paka 1. července 2009

Jméno: Jiří Podlipný  
Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:

*Podlipný*



ZPA Nová Paka, a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka  
IČO: 46 50 48 26  
DIČ: CZ46504826