

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

potvrzuje, že na dále uvedeném výrobku

Název: Záznamník naměřených hodnot ZEPALOG 580

Typ: 580

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: DC 24 V (tolerance 9 až 36 V ss)

Výrobek je elektrický předmět III. třídy podle ČSN EN 61010-1:2003 pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 i 2.

ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník, který slouží k měření a záznamu časových průběhů teplot měřených odporovým teploměrem a dalších měřených veličin převedených na unifikovaný proudový signál 0 (4) až 20 mA. Je určen k registraci teplot přepravovaného zboží, teplot skladovacích prostor, teplot výrobků, zatížení (tlaků v nápravách motorových vozidel), průtoků, vodivosti a pod. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

bylo provedeno posouzení shody vlastností zařízení s požadavky

nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (v souladu se směrnicí 2004/108/EC Evropského parlamentu a Rady) a norem:

ČSN EN 61000-6-4:2002 a ČSN EN 61000-6-2:2002,

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedeného nařízení vlády.

Nová Paka 1. července 2009

Jméno: Jiří Podlipný
Funkce: ředitel pro jakost

Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826