

Objednávací kód BAROLI 02

BAROLI 02

Digitální barometr (0 ... 0,1 / 600 bar)

- - - - K - - - -

Měřený tlak

relativní	M	0	E																	
absolutní ($P_N \geq 0,4$ bar)	M	0	F																	

Rozsah [bar]

0 ... 0,1	1	0	0	0																
0 ... 0,16	1	6	0	0																
0 ... 0,25	2	5	0	0																
0 ... 0,4	4	0	0	0																
0 ... 0,6	6	0	0	0																
0 ... 1	1	0	0	1																
0 ... 1,6	1	6	0	1																
0 ... 2,5	2	5	0	1																
0 ... 4	4	0	0	1																
0 ... 6	6	0	0	1																
0 ... 10	1	0	0	2																
0 ... 16	1	6	0	2																
0 ... 25	2	5	0	2																
0 ... 40	4	0	0	2																
0 ... 60	6	0	0	2																
0 ... 100	1	0	0	3																
0 ... 160	1	6	0	3																
0 ... 250	2	5	0	3																
0 ... 400	4	0	0	3																
0 ... 600	6	0	0	3																
-1 ... 0	X	1	0	2																
Jiné rozsahy	9	9	9	9																
Podtlak	X	X	X	X																
Jiné rozsahy $P_N > 40$ bar	9	9	9	9																
Podtlak $P_N > 40$ bar	X	X	X	X																

Přesnost

0,25% (pro $P_N > 0,4$ bar)	2																			
0,5% (pro $P_N \leq 0,4$ bar)	5																			
0,25% (pro $P_N > 0,4$ bar) kalibrace vč. kal.listu	R																			
0,5% (pro $P_N \leq 0,4$ bar) kalibrace vč. kal.listu	T																			
Jiná	9																			

Mechanické připojení

G 1/2" EN 837	2	0	0																	
G 1/4" EN 837	4	0	0																	
M 20x1,5 EN 837	8	0	0																	
1/2" NPT	N	0	0																	
1/4" NPT	N	4	0																	
Jiný	9	9	9																	

Těsnění

Viton (FKM) ($P_N < 100$ bar)	1																			
NBR ($P_N \geq 100$ bar)	5																			
Jiné	9																			

Materiál přípojky tlaku

Nerezová ocel 1.4404 (316 L)	1																			
Jiná	9																			

Materiál oddělovací membrány

Nerez 1.4435 (316 L)	1																			
Jiná	9																			

Klávesnice

Standard (design BD Sensors)	1																			
Neutrální	N																			

Volitelné provedení

Standard																				0	0	0
Jiné provedení																				9	9	9

Příslušenství

Baterie 2ks (náhradní)																						1000377
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.

Změny vyhrazeny.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

The company BD SENSORS s.r.o. is certified by TÜV SÜD Czech according to the standard ISO 9001.