

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zák. č.22/1997 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb. v platném znění

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Výrobce: ZPA Nová Paka, a.s., Pražská 470, 509 39 Nová Paka, IČO 46504826,
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 644,

Název: Záznamník naměřených hodnot ZEPALOG 580

Typ: 580

Základní údaje o výrobku:

Druh napájecí sítě: DC 24 V (tolerance 9 až 36 V ss)

Výrobek je elektrické zařízení třídy ochrany III podle ČSN EN 61140 ed. 2. Je určen pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 i 2 dle ČSN EN 61010-1 ed. 2.

Přístroj je mikroprocesorový záznamník, který slouží k měření a záznamu časových průběhů teplot měřených odporovým teploměrem a dalších měřených veličin převedených na unifikovaný proudový signál 0 (4) až 20 mA. Je určen k registraci teplot přepravovaného zboží, teplot skladovacích prostor, teplot výrobků, zatížení (tlaků v nápravách motorových vozidel), průtoků, vodivosti a pod. Použití výrobku vymezuje technická dokumentace pro výrobek.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské unie:

směrnice 2014/30/EU Evropského parlamentu a Rady (v souladu s NV č. 117/2016 Sb.) a norem:
ČSN EN 61000-6-4:2007/A1:2011 a ČSN EN 61000-6-2-ed.3:2006

a prohlašuje,

že vlastnosti výrobku splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a výrobek je za podmínek správné instalace, údržby, obsluhy a použití pro určený účel bezpečný a byla přijata opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky uvedeného nařízení vlády.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Podepsáno za, a jménem:

Nová Paka 20. dubna 2016

Jméno: Petr Fól
Funkce: ředitel pro jakost
Podpis:



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26