



## CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

číslo: TCM 311/12 – 4902

List 1 z 8 listů

**Ve shodě:** s přílohou č.2, bod 3 nařízení vlády č. 464/2005 Sb. ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla a které implementuje v České republice Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES.

**Výrobce:** ZPA Nová Paka, a.s.  
Pražská 470  
509 39 Nová Paka  
Česká republika

**Pro:** kalorimetrické počítadlo jako samostatnou podsestavu měřidla tepla  
typ INMAT 57

třída mechanického prostředí: M1

třída elektromagnetického prostředí: E2

mezí hodnoty teploty (0÷200) °C

mezí hodnoty teplotního rozdílu (3÷200) K

**Platnost do:** 19. ledna 2022

**Číslo dokumentu:** 0115-CS-C001-12

**Popis měřidla:** Základní charakteristiky, schválené podmínky a speciální podmínky, jsou-li nějaké, jsou popsány v certifikátu. Certifikát má celkem 6 listů.

**Datum vystavení:** 20. ledna 2012



**Certifikát schválil:**

RNDr. Pavel Klenovský