

Vážení zákazníci,

z důvodu upřesněného výkladu směrnice 97/23/ES a pravidel k provádění směrnice, vzniklého z diskuze expertů v rámci pracovní skupiny „tlak“ při Evropské komisi pro směrnici 97/23/ES, vyplývá, že tlaková zařízení s hodnotami nižšími nebo rovnými limitům stanoveným v příslušných bodech směrnice musí být navržena a vyrobena podle správné technické praxe členského státu, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání. K tlakovým zařízením musí být přiloženy příslušné návody k používání a nesmí nést značení CE (volný text ze směrnice 97/23/ES).

Naše tlaková zařízení (ventilový program, snímače teploty a jímky pro snímače teploty) nedosahují limitů stanovených v příslušných bodech směrnice a nejsou klasifikovány jako bezpečnostní výstroj podle směrnice. Proto s ohledem na překlasifikaci výrobků a v souladu se směrnicí bude zrušeno značení výrobků ventilového programu, snímačů teploty a jímek pro snímače teploty, na které byly SZÚ Brno, notifikovanou osobou EU č. 1015 vystaveny ES certifikáty o přezkoušení typu a výrobky jsou označeny CE 1015.

Současně bude také zrušeno značení CE i u výrobků typ 981 a 984, na které nebyl vystaven ES certifikát o přezkoušení typu.


Tímto opatřením nedošlo k žádné konstrukční a materiálové změně a ke změně parametrů výrobků. Veškerá výrobní a kontrolní dokumentace, návody k výrobkům a katalogové listy se kromě zrušení značení (CE 1015 a CE) nemění. Opatření je pouze administrativní a nemá žádný vliv na kvalitu výrobků.

S původním značením CE 1015 a CE budou výše uvedené výrobky dříve vyrobené uváděny na trh nejpozději do 30. června 2011. Výrobky vyrobené od 1. března 2011 budou uváděny na trh již bez značení CE 1015 a CE podle NV č. 26/2003 Sb. (97/23/ES).

Seznam výrobků ze kterých bude odstraněno značení CE 1015 a CE podle NV č. 26/2003 Sb. (97/23/ES) je uveden na další straně.

Děkujeme za pochopení a věříme, že provedení této změny proběhne bez problémů.

Nová Paka 4. února 2011


Jiří Podlipný
ředitel pro jakost



ZPA Nová Paka, a.s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka
IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826

Seznam výrobků ventilového programu, snímačů teploty a jímek pro snímače teploty, ze kterých bude odstraněno značení CE 1015 a CE podle NV č. 26/2003 Sb. (97/23/ES).

Snímače teploty

112 21	Snímač teploty odporový s jímkou PN 10 s kabelovým vývodem
* 112 39	Snímač teploty odporový s jímkou párováný
* 112 62	Snímač teploty odporový s jímkou s vysokou mechanickou odolností do 400 °C
* 112 63	Snímač teploty odporový s jímkou s vysokou mechanickou odolností do 600 °C bez
* 112 63/P	převodníku nebo s převodníkem
112 69	Snímač teploty odporový Ex d s jímkou s vysokou mechanickou odolností bez
112 69/P	převodníku nebo s převodníkem
112 70	Snímač teploty odporový Ex d s kabelovým vývodem (ložiskový) s vysokou mechanickou odolností
112 80	Snímač teploty odporový s jímkou PN16 s vysokou mechanickou odolností bez
112 80/P	převodníku nebo s převodníkem
112 82	Snímač teploty odporový s jímkou s velmi vysokou mechanickou odolností do 400 °C a do 600 °C
* 113 24	Snímač teploty termoelektrický s jímkou s vysokou mechanickou odolností bez
* 113 24/P	převodníku nebo s převodníkem
113 69	Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou s vysokou mechanickou odolností bez
113 69/P	převodníku a s převodníkem
113 73	Snímač teploty termoelektrický s kabelovým vývodem s vysokou mechanickou odolností pro naftové motory
204	Snímač teploty odporový Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem
232	Snímač teploty odporový s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem
234	Snímač teploty odporový Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem
242	Snímač teploty odporový s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem
244	Snímač teploty odporový Ex d s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem
304	Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem
332	Snímač teploty termoelektrický s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem
334	Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou DIN bez převodníku nebo s převodníkem
342	Snímač teploty termoelektrický s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem
344	Snímač teploty termoelektrický Ex d s jímkou ČSN bez převodníku nebo s převodníkem

Ventilový program

961	Ventil mosazný
964	Souprava ventilová
966	Nádoba kondenzační
967	Ventil nerezový
968	Sestava ventilů
971	Kohout kulový PN 160
972	Kohout kulový PN 63
973	Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty
981	Příslušenství souprav ventilových a ventilů (odstraněno značení CE)
984	Souprava ventilová do 200°C (odstraněno značení CE)
986	Nádoba odkalovací

Příslušenství snímačů teploty

991	Příslušenství snímačů teploty – jímky a návarky
-----	---

* - výroba byla zrušena

04.02.2011

Jiří Podlipný, ŘJ

